H型活性磷（正磷酸盐）检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
H型活性磷（正磷酸盐）检测盒	0.02-2.5mg/L PO_4	1507


原理

在酸性介质中，正磷酸盐和钼酸盐反应生成混合的磷酸盐/钼酸盐配合物，该配合物又与抗坏血酸反应，生成颜色强烈的钼蓝复合物。测试结果是在波长为880nm左右处读取的。


注意事项

1.按地方在阴凉干燥处保存，避免光直射。
2.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
3.按适配哈希仪器操作时，请用比色瓶进行水样测定。


使用方法




加入10ml待测水样



往试管内加入1颗试剂B内粉包，摇匀溶解，无气泡后，调零



准确加入4滴试剂C,上下摇匀



计时反应5分钟后测量直接读取结果