HA型正磷酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
HA型正磷酸盐检测盒	0-15mg/L P	


原理

在酸性介质中，锑盐催化下正磷酸盐和钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，该化合物立即被还原剂还原生成蓝色络合物


注意事项

1.按地方在阴凉干燥处保存，避免光直射。
2.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。


使用方法




准确移取2.5mL水样于试剂瓶中，加水至10mL



试剂瓶中加入1支试剂A内粉剂，摇匀



加入4滴试剂B，摇匀



计时5分钟后测量