HA型锰检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
HA型锰检测盒	0-20mg/L	


原理

在中性的焦磷酸钾介质中，在室温下高碘酸钾瞬间将锰氧化为七价锰，测试结果可在波长为525nm附近的可见光下读取。


注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。


使用方法



空白样的配置：准确移取10mL纯水加入到比色瓶内摇匀；待测样的配置：准确移取10mL待测水样加入到其余瓶内摇匀。



往每只瓶中加入0.5mL试剂A摇匀。



往每只瓶中加入3滴试剂B摇匀。



计时反应3分钟后测量：擦拭比色瓶，放入空白样调零，再放入样品读数