HA型正磷酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
HA型正磷酸盐检测盒低浓度	0-2.5mg/L P	


原理

在酸性介质中，正磷酸盐和钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，该化合物立即被还原剂还原。生成蓝色络合物在波长880nm左右处测其其吸光度值。


注意事项

1. 按地方在阴凉干燥处保存，避免光直射。
2. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。


使用方法




准确移取10mL水样于试剂瓶中，选择曲线调零。



试剂瓶中加入1支试剂A内粉剂，摇匀。



加入4滴试剂B，摇匀。



计时5分钟后测量。