MK型水杨酸法氨氮检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
MK型水杨酸法 氨氮检测盒	0.5-16mg/L	


原理及适用范围

在碱性溶液中，硝普纳作用下，水中的氨、铵离子在水杨酸钠、二氯异氰尿酸钠的作用下，生成蓝色化合物。


注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2.调整水样pH至4-13。
3.本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射。


使用方法




空白：加入纯水0.5mL,摇匀。
样品：加入待测水样0.5mL,摇匀。



依次向各管中加入1颗试剂B内粉剂,摇匀静置2分钟。



依次向各管中加入1颗试剂C内粉剂，摇匀静置反应20分钟测定。



测量：放入空白调零，放入待测样，按读数直接读取。