MK型正磷酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
MK型正磷酸盐检测盒	0.0025-5mg/L P	


原理及适用范围

在酸性介质中，锑盐催化下正磷酸盐和钼酸铵反应生成磷钼杂多酸，该化合物立即被还原剂还原。生成蓝色络合物，蓝色深浅于波长690nm左右处测定吸光度。


注意事项

1.按地方在阴凉干燥处保存，避免光直射。


使用方法




加入5.0mL待测水样,摇匀。




加入5滴试剂A,摇匀。



加入1勺试剂B,摇匀



将摇匀后的试剂放在试管架中,静置使其反应并准确计时5分钟后测量。



测量：以试剂盒内标有空白的试剂管调零，待测水样放入读数。