W型氨氮检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
W型氨氮检测盒	0-50mg/L	0705


说明方法

在碱性溶液中，硝普纳作用下，水中的氨、铵离子和水杨酸钠、二氯异氰尿酸钠做作用，生成蓝色化合物，在波长690nm左右处读数。


注意事项

1.妥善放置或处理废弃试管；
2.本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射；
3.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

使用方法




空白：加入纯水0.1mL,摇匀。
样品：加入待测水样0.1mL,摇匀。



依次向各管中加入1颗试剂B内粉剂,摇匀静置2分钟。



依次向各管中加入1颗试剂C内粉剂，摇匀静置反应20分钟测定。



测量：放入空白调零，放入待测样，按读数直接读取。