E型硝酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	曲线号
E型硝酸盐检测盒高量程	0-100mg/L N	0726

原理

当硝酸盐与变色酸在强酸环境下反应生成一种黄色配合物，测试结果是在波长为420nm左右处的可见光下读取的。

注意事项

1.干扰：主要干扰物为浊度、色度、溴化物、氯化物；
2.说明书注意事项里加上：按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

使用方法



往依次向各管中加入1ml试剂A。



空白样：取0.2mL纯水加入到管内摇匀。
样品：取0.2mL待测水样加入到其余管内摇匀。



往依次向各管中加入5ml试剂B,摇匀，静置10分钟测量。



测量：放入空白样调零，样品直接读数。