H型硝酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
H型硝酸盐检测盒	0.2-30mg/L N	0719

原理

当硝酸盐与变色酸在强酸环境下反应生成一种黄色配合物，测试结果是在波长为410nm左右处的可见光下读取的。

注意事项

1.干扰：主要干扰物为浊度、色度、溴化物、氯化物。
2.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

使用方法



空白：取1mL纯水加入到管内；
样品：取1mL待测水样加入到其他管内。



依次向各管中加入1颗B粉，盖紧盖子，上下颠倒10次摇匀。（可能会有固体物质无法完全溶解，不影响测定）。



计时5分钟后，擦拭管壁，空白调零。样品直接测量。