H型六价铬检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
H型六价铬检测盒	0.01-0.7mg/L	2403

原理

二苯碳酰二肼与样品中的六价铬反应时会使溶液呈紫色。测试结果是在波长为540nm处左右的可见光下读取的。

注意事项

1.本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射；
2.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

使用方法



准确移取10mL待测水样于比色瓶中，调零



往该比色瓶内加入1颗试剂A内粉剂，摇匀



计时反应5分钟后测定直接读取结果