T型硝酸盐检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
T型硝酸盐检测盒	0-25mg/L N 0.5-25mg/L N	0717

原理

当硝酸盐与变色酸在强酸环境下反应生成一种黄色配合物，测试结果是在波长为420nm左右处的可见光下读取的。

注意事项

1. 按地方本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射
2. 高浓度的甲醛、氨氮、亚硝基存在干扰
3. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器

使用方法



空白：取4mL纯水加入到A管（白盖管）内摇匀；
样品：取4mL待测水样加入到其他A管内摇匀。



取出对应数量的B管从A管中移取1mL液体加入到B管中，摇匀（B管中含有硫酸，加样请沿管壁缓慢加入,摇匀时建议拿握管盖部分以防烫伤）。



计时反应10分钟后测量。



测量：放入空白样调零，放入样品读数。