硫酸盐浊度法检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
硫酸盐浊度法检测盒	120-700mg/L	1603

原理

本方法将试样加入氯化钡混合试剂中，生成白色悬浮物，在波长890nm左右下测定其吸光度可知硫酸盐的含量。

注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2.本产品适用于在实验室温度为5℃-50℃，PH范围1.0-12.0之间时地表水、生活污水、工业废水中的硫酸盐的快速测定。

使用方法



空白样的测定：取2mL纯水加入到A管内摇匀；
样品的测定：取2mL待测水样加入到其余A管内摇匀；



加入试剂 B 1药匙，约0.05g粉剂，不要摇匀



静置2min



摇匀,静置30S



测量：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数