氯化物检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
氯化物检测盒 高量程	500-2000mg/L	1704

原理

水样中的氯离子与硫氰酸汞等物质反应生成稳定的红色络合物，测试结果可在波长为460nm附近的可见光下读取。

注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

使用方法



空白样：取0.1mL纯水加入到试管内摇匀；
待测样：取0.1mL待测水样加入到其余管内摇匀。



往每只试管中准确移取3.0mL试剂B，摇匀。



将试剂管放在试管架上，计时反应10分钟。



计时反应结束后进行测量：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数。