钼检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
钼检测盒 高量程	0.85-50mg/L	4202

原理

水样中的钼与硫氰酸盐反应形成橙红色络合物，结果可在波长为460nm附近的可见光下读取。

注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2.本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射。

使用方法



空白样的配置：准确移取1.0mL纯水加入到试管内摇匀；待测样的配置：准确移取1.0mL待测水样加入到其余管内摇匀。



往试管中加入一颗试剂B内粉剂，摇匀。



往每只试管中准确加入1.0mL试剂C摇匀。



计时反应15分钟后测量：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数。