钼检测盒操作说明书

品名	量程范围	方法号
钼检测盒 低量程	0.02-1.5mg/L	4201

原理

在表面活性剂存在下，显色剂与水样中的钼以及表面活性剂反应，生成蓝色络合物，测量结果可在波长为650nm附近的可见光下读取。

注意事项

1.按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2.本产品应在阴凉干燥处密闭保存，避免光直射。

使用方法



空白样的配置：准确移取5.0mL纯水加入到试管内摇匀；待测样的配置：准确移取5.0mL待测水样加入到其余管内摇匀。



往试管中加入一滴试剂A，摇匀。



往每只试管中准确加入1.5mL试剂B摇匀。



试管翻转摇匀后开始测量：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数。