色度检测操作说明书

品名	量程范围	方法号
色度检测	50-500度	A002

原理

本方法参考中华人民共和国国家标准GB11903-89铂钴比色法。

注意事项

1. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2. 待测水样有浊度时，应用0.45um滤膜过滤器过滤后测定。
3. 本方法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水，比较清洁的地面水、地下水等。

使用方法



空白样的配置：取5.00mL纯水加入到试管内摇匀



待测水样的配置：取5.00mL待测水样加入到其他试管内摇匀



测定：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数