
NH_4^+-N(高量程)比色卡mg/L(ppm)

0.5-20mg/L




反应时间2分钟


NH_4^+-N(高量程)快速测试包使用方法




1. 取水样3ml；



2. 滴加2滴氨氮A；




3. 滴加2滴氨氮B；



4. 摇匀；



5. 静置2分钟；



6. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、先滴加氨氮A,再滴加氨氮B。
2、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
3、粉末溶解完全后务必静置2分钟后进行比色。