
氨氮（低量程）（NH_4^+-N）比色卡mg/L(ppm)

0-10mg/L




反应时间：8分钟


氨氮（低量程）（NH_4^+-N）快速检测包使用方法




1. 先滴加氨氮B2滴；




2. 取水样3ml；



3. 摇匀；



4. 静置8分钟；



5. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、先滴加2滴氨氮B，再加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解
2、粉末溶解完全后务必静置8分钟后进行比色。