
氨氮(超高量程)(NH_4^+-N)比色卡 mg/L(ppm)

0-100mg/L




反应时间：10分钟


氨氮(超高量程)(NH_4^+-N)
快速检测包使用方法



1. 取水样1.5ml
+1.5ml纯水；




2. 滴加2滴氨氮B；



3. 摇匀；



4. 静置10分钟；



5. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置10分钟后进行比色。