
总氮（TN）比色卡mg/L(ppm)

0-20mg/L



反应时间10分钟

总氮（TN）比色卡快速测试包使用方法



1. 取水样3ml；



2. 摇晃至完全混合均匀；



3. 静置5分钟；



4. 滴加2滴总氮B；




5. 滴加2滴总氮C；



6. 摇晃至完全混合均匀；



7. 静置10分钟；



8. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀静置5分钟，再加入2滴总氮B和总氮C后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。

2、粉末溶解完全后务必静置10分钟后进行比色。