
硝酸盐氮（NO_3^--N）比色卡mg/L(ppm)


0.2-10mg/L



0.2　0.5　1　2　5　10

反应时间5分钟

硝酸盐氮（NO_3^--N）快速检测包使用方法




1. 取水样3ml；



2. 摇晃至溶解；



3. 静置5分钟；



4. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置5分钟后进行比色。