COD(高量程)比色卡mg/L(ppm)


0-250mg/L(高锰酸钾法)




0	30	60	120	200	250以上 (≥250)

反应时间 ： 5分钟(10℃) 4分钟(20℃) 3分钟(30℃)

COD(高量程)快速测试包使用方法



1. 取水样3ml；




2. 摇晃至溶解；



水温20℃

3. 静置4分钟；



4. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置4分钟后进行比色。