
六价铬（Cr^{6+}）比色卡mg/L(ppm)


0.05-2mg/L




0.05　0.1　0.2　0.5　1　2

反应时间2分钟

六价铬（Cr^{6+}）快速检测包使用方法




1. 取水样3ml；



2. 摇晃至溶解；



3. 静置2分钟；



4. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置2分钟后进行比色。