
总铜（Cu）(低量程)比色卡mg/L(ppm)

0-1mg/L




反应时间4分钟

总铜（Cu）(低量程)快速检测包使用方法




1. 取水样3ml；



2. 摇晃至溶解；



3. 静置4分钟；



4. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入水样后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置4分钟后进行比色。