氰化物（CN^-）比色卡mg/L(ppm)

0.02-2mg/L



反应时间10分钟

氰化物（CN^-）快速测试包使用方法



1. 取水样10ml；




2. 滴加A两滴；




3. 滴加B两滴；



4. 摇匀后30S内取样；




1. 移取预制水样3ml；



2. 摇晃至溶解；



3. 静置10分钟；



4. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm处，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、先加入水样，依次加入氨氮A和B，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。

2、溶解完全后务必静置10分钟后进行比色。